

ZAVEDENÍ KANYLY DO A.RADIALIS

1. Desinfekce místa vpichu a detekce pulzu



Ilustrace 1: Nejprve je nutná pečlivá desinfekce místa vpichu a následná přesná detekce pulzu k určení místa vpichu

2. Punkce a vyhledání tepny



Ilustrace 2: Metodou Through and through projdeme skrz tepnu a následně se pomalu vracíme až detekujeme v zadní části kanyly krev.

3. Vlastní zavedení kanyly a fixace náplastí



Ilustrace 3: Po detekci krve zasunujeme plastovou kanylu přes kovovou jehlu. Následně ji fixujeme náplastí, abychom předešli náhodnému povytažení