

# PORUCHA ELEKTRICKÉHO PROUDU

## NEODKLADNÉ ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ POSTUPY

- 1. Zajisti alternativní zdroje světla:**  
laryngoskopy, mobilní telefony, baterky, atd.
- 2. Otevři dveře a rolety** k získání přírodního světla
- 3. Zkontroluj, jestli funguje ventilátor, pokud ne, ventiluj pacienta ambuvakem a přepni na TIVA**
- 4. Pokud nefunguje monitor, ručně změř puls a TK**
- 5. Vyžádej transportní ventilátor a defibrilátor s monitorem**
- 6. Ověř dostatečnou zásobu O<sub>2</sub>** – porucha el. proudu může mít vliv na přívod O<sub>2</sub> nebo alarmy
- 7. Zjisti rozsah poruchy el. proudu**
  - volej technickému odd.
  - je problém na jednom op. sálu, na všech sálech, v celé nemocnici?
  - pokud pouze na vašem op. sálu, zkontroluj příslušné pojistky